

汗試験機および乾燥機



汗試験機および乾燥機

Memmert GmbH+ Co. KG 製 Incubator IN30

【主な用途・仕様】

JIS L 0848 にもとづき、複合試験片を人工汗液で処理し、汗試験機を用いて加圧下で処理した後、乾燥し、試験片の変退色及び添付白布の汚染の程度を等級判定します。

チャンバー：幅 400、高さ 320、奥行 250 (mm)

設定温度範囲：20～80 ° C

調整制度：0.1 ° C

【担当部署】 化学材料表面技術部：有機材料グループ

【設備使用の項目・使用料】

ご利用いただけません

【受託試験の項目・手数料】

染色堅ろう度試験(B)(汗、窒素酸化物、ドライクリーニング等)