

クラスII生物用キャビネット



クラスII生物用キャビネット
日本エアテック(株)
BHC-1303IIA/B3

平成14年度導入

【主な用途・仕様】

有害微生物を扱う試験の際、実験者への感染や外部への漏洩を防止するための安全機器です。

- ・室内環境 : 室外排気を行う クラス IIB
- ・室内レベル : P2~P3 レベル

【担当部署】 庄内試験場 特産技術部

【設備使用の項目・使用料】 ご利用いただけません

【受託試験の項目・手数料】 微生物試験