

X線回折装置



X線回折装置
RINT2000

平成 15 年度導入

【主な用途・仕様】

結晶構造の測定

管球：Cu

管電圧：20～60KV

管電流：10～300mA

最大出力：18KW

【担当部署】 化学材料表面技術部：化学表面グループ

【設備使用の項目・使用料】 微小部応力測定装置

【受託試験の項目・手数料】 エックス線回折分析