

近赤外成分分析計



近赤外成分分析計
(株) ケット科学研究所
AN-800

平成12年度導入

【主な用途・仕様】

醸造用の玄米ならびに白米の窒素分などを測定する。

透過方式による近赤外分光分析，測定範囲：918～1,045nm

【担当部署】 食品醸造技術部醸造グループ

【設備使用の項目・使用料】 ご利用いただけません

【受託試験の項目・手数料】 使用しません