

## 酸化窒素ガス染色堅ろう度試験装置



酸化窒素ガス染色堅ろう度試験装置  
大栄科学精器製作所  
DKS-2

平成8年度導入

### 【主な用途・仕様】

染色物酸化窒素ガス堅牢度測定。

- ・ ガラス製試験容器 15 L
- ・ ステンレス回転羽 270rpm
- ・ ガラスシリンダー 径 150mm 高さ 225mm

### 【設備使用】

ご利用いただけません

### 【委託分析試験】

染色堅ろう度試験（B）（汗、窒素酸化物、ドライクリーニング等）