

原子吸光分光光度計



原子吸光分光光度計
(株)島津製作所
AA-7000F

平成21年度導入

【主な用途・仕様】

食品や金属材料などの無機塩類や重金属分析に使用します。

- ・分光器 : 収差補正ツェルニターナーマウント
- ・測定波長範囲 : 185.0~900.0nm
- ・オートサンブラ附属
- ・チタン製空冷プレミックス型バーナー

【設備使用】

ご利用いただけません

【委託分析試験】

特殊成分分析（高度な前処理、試薬等を要するもの）
重金属分析

【お知らせ】

ランプは Na, K, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn 用を装着しています。