

安全キャビネット



安全キャビネット（抗菌性試験機器）

日本エアテック(株)製 バイオロジカルセーフティキャビネット BHC-T701 II A2

平成 30 年度導入

【主な用途・使用】

JIS L 1902 に基づき、菌株に黄色ブドウ球菌（WDCM コード 00193）を用いたハロー法による定性試験、及び菌液吸収法による定量試験で使用します。

集塵効率：0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上

処理風量：給気；約 6.2m³/min、排気；約 4.6m³/min

作業室内風速：平均 0.28m/sec

前面吸込風速：平均 0.55m/sec

殺菌灯：15W 殺菌灯 1 灯、電子着火式ガスバーナー

【設備使用】

ご利用いただけません

【委託分析試験】

微生物試験