

発光光度計



発光光度計（抗菌性試験機器）
キッコーマンバイオケミファ(株)製
ルミテスター C-110

平成 30 年度導入

【主な用途・使用】

JIS L 1902 に基づき、菌株に黄色ブドウ球菌（WDCM コード 00193）を用いた、菌液吸収法による定量試験で使用します。

検出方式：光電子増倍管による光子計数方式

検出範囲：0.01～1500fmolATP

測定時間：10 秒

サンプルチューブ：直径 12×55mm

発光試薬量：100μL

検量線：1 種類

【担当部署】 化学材料表面技術部 食品醸造技術部

【設備使用の項目・使用料】 ご利用いただけません

【受託試験の項目・手数料】 微生物試験