

炭素・硫黄分析装置



炭素・硫黄分析装置
(株)堀場製作所
EMIA-920V

平成14年度導入

【主な用途・仕様】

金属中の炭素及び硫黄の定量（濃度測定）

酸素気流中高周波加熱燃焼－赤外吸収法

炭素：0～6%(m/m)

硫黄：0～1%(m/m)

【担当部署】 化学材料表面技術部：化学表面グループ

【設備使用の項目・使用料】 炭素・硫黄分析装置

【受託試験の項目・手数料】 炭素・硫黄同時分析