

熱定数測定装置



熱定数測定装置

平成4年度導入

【主な用途・仕様】

熱拡散率、比熱、熱伝導率の測定

測定温度範囲：室温～1,000℃

【担当部署】 化学材料表面技術部：化学表面グループ

【設備使用の項目・使用料】 熱定数測定装置

【受託試験の項目・手数料】 熱定数測定試験（常温）

熱定数測定試験（高温）