

## 超低温恒温恒湿器



超低温恒温恒湿器

エスペック(株)

PSL-4J

(公財) JKA 補助事業



---

令和 2 年度導入

【主な用途・仕様】

温湿度制御環境試験

温湿度範囲：-70～150℃、20～98% R H

【担当部署】 化学材料表面技術部

---

【設備使用の項目・使用料】 超低温恒温恒湿器

【受託試験の項目・手数料】 温湿度環境試験