

インキュベーター

【東京理化器械(株)製 LTE-1010】 令和2年12月導入



- **-10～60℃の範囲で温度設定できます。**
- **プログラム運転による温度制御が可能です。**
- **微生物の培養や発酵試験等に利用いただけます。**

仕様

対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	-10～60℃
温度調節精度	±0.1～0.2℃
温度分布 (ヒータ制御時)	空間温度偏差1.5℃以下、温度勾配2.0℃以下 (at37℃)
庫内寸法(mm)	600W×500D×1000H
容量	300L

使用方法

	項目
委託試験	-
設備使用	インキュベーター

* 料金は別途料金表をご確認ください。

担当部署：食品醸造技術部

山形県工業技術センター

令和3年5月