

分光光度計



分光光度計
日本分光工業（株）
Ubest-30

平成2年度導入

【主な用途・仕様】

溶液の可視光、紫外光の吸収スペクトルを測定

波長範囲：200～1,100nm

【担当部署】 化学材料表面技術部：化学表面グループ

【設備使用の項目・使用料】 可視紫外分光光度計

【受託試験の項目・手数料】 分光光度計分析