

## ラウンダーメーター



ラウンダーメーター  
(株)大栄科学精器製作所  
L-8

平成7年度導入

### 【主な用途・仕様】

ISO 105-C06, 08, 09, 10, 12 を基として規定された、JIS L 0844 A～E 法の洗濯に対する染色堅ろう度を試験する装置

試験瓶：550 mL ± 50 mL、8 個掛

回転数：40 回 ± 2 回/分

温度範囲：常温～90 °C

【担当部署】 化学材料表面技術部：有機材料グループ

【設備使用の項目・使用料】 染色堅ろう度試験機

染色堅ろう度試験 (A) (汗耐光、対塩素処理水、対マーセライジング等)

【受託試験の項目・手数料】 染色堅ろう度試験 (B) (汗、窒素酸化物、ドライクリーニング等)

染色堅ろう度試験(C) (洗濯、水、熱湯、摩擦、ホットプレス等)