

BCI試験装置

【東陽テクニカ IM5/CS（制御ソフトウェア）他】 令和2年6月導入



・車載電子機器に接続された配線に強い電磁界ノイズを与えた際の耐性を評価する試験装置です。

仕様	
関連規格	ISO11452-4
試験レベル	200mA（置換法）
周波数範囲	1M～2GHz
主な設備	信号発生器： KEYSIGHT N5171B 9k～6GHz アンプ： TESEQ CBA230M-080 150k～230MHz 80W TESEQ CBA1G-100B 10M～1GHz 100W TESEQ AS0102-30 1GHz～2GHz 30W BCIプローブ： FCC F-140 1M～1GHz FCC F-150 800M～2.1GHz
試験環境	シールドルーム



信号発生器



パワーアンプ



BCIプローブ

使用方法	
	項目
委託分析試験	—
設備使用	バルクカレントインジェクション試験装置 電磁波遮蔽システム（シールドルーム）

* 料金は別途料金表をご確認ください。