

電源周波数磁界試験装置

【narda STS 1008-02（ループアンテナ） 他】 令和2年6月導入



・製品が50Hz または 60Hz の交流磁界中に置かれた場合の耐性を評価する試験装置です。

仕様	
関連規格	IEC61000-4-8
試験レベル	レベル5以上（最大100A/m）
周波数範囲	50Hz or 60Hz
主な設備	電源装置： narda STS 1008-01 ループアンテナ： narda STS 1008-02 1m × 1m
試験環境	シールドルーム



電源装置

使用方法	
	項目
委託分析試験	—
設備使用	電源周波数磁界試験装置、 シールドルーム

* 料金は別途料金表をご確認ください。