

高調波フリッカ試験装置

【菊水電子工業(株) KHA3000】 令和2年6月導入



- ・製品から放射される高調波・フリッカノイズの測定が可能です。
- ・フリッカ測定は三相の同時測定が可能です。
- ・被試験機器の状態がすぐわかるリアルタイム表示 & 測定が可能です。

仕様	
関連規格	IEC61000-3-2、IEC61000-3-3
測定項目	・高調波エミッション ・フリッカ/電源変動エミッション
EUT用電源	【電力】 単相:6kVA/単相3線:4kVA/三相:6kVA 【電圧】 線間電圧 170V～250V 【最大電流】 単相：64A、三相3線：38A
端子形状	マルチコンセント、端子台（三相）
主な設備	菊水電子工業 KHA3000 LIN3020JF PCR6000LE2
試験環境	シールドルーム



高調波フリッカアナライザ



ラインインピーダンスネットワーク

使用方法	
	項目
委託分析試験	—
設備使用	高調波フリッカ試験装置 シールドルーム

* 料金は別途料金表をご確認ください。